



S.D.SCAN Co.,Ltd.

Lab No : SDL000361

Laboratory department Report

12 The Old Siam Plaza, Fl 3rd Room D317, Tri Petch Rd,

Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Tel : 081-169-9656

Date : 25/08/2565Name : คุณเกิดดีศักดิ์ ปุสร์สวัสดิ์Phim Phra : พิมพ์ฐานแซมBuddhist art : รัตนโกสินทร์Weight : 6.1786gFacade width size : 21.64mmFacade height size : 35.71mmHeight of the monk : 27.26mm

TEST NAME	RESULT	FLAG	NORMAL RANGE				
Density ⁽¹⁾ :	1.77 g/cm ³		1.61-1.84 ⁽¹⁾	1.76-2.13 ⁽²⁾	1.50-2.60 ⁽³⁾	1.41-1.64 ⁽⁴⁾	1.84-2.16 ⁽⁵⁾
Magnetic test <input checked="" type="checkbox"/> Detected		<input type="checkbox"/> Undetected		1.70-1.85 ⁽⁶⁾	1.70-1.95 ⁽⁷⁾		
Golden Ratio <input checked="" type="checkbox"/> Detected		<input type="checkbox"/> Undetected					

Average X-ray Fluorescence (XRF) 7 points

Calcium	45.8416 %	> 35.0000%
Silicon	36.9627 %	> 15.0000%
Iron	0.2901 %	≤ 2.0000%

What was detected by the high magnification camera

Crystal <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	ผลึกแคลไซต์
Gold <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มทอง, ผงทอง, เม็ดทอง
Green object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มเม็ดหยก, หิน, ตะใคร้ใบเสมา, ดินทั้ง7
White object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มผงวิเศษ
Rad object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มพระกำแพง ขุ่มกอ
Black object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มโลหะสีดำวาว, แม่พิมพ์เผา
Silver object <input checked="" type="checkbox"/> Detected	<input type="checkbox"/> Undetected	กลุ่มโลหะสีเงินวาว

บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ได้รับ การรับรองกระบวนการ เครื่องมือมาตรฐาน การตรวจ ISO9001:2015 ด้าน Certification Standard for Phrasomdej Amulets and Provide Laboratory Equipment and Tools for Certification Standard for Phrasomdej Amulets

เอกสารฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบหลักฐานพระสมเด็จเบื้องต้นตามมาตรฐาน PSDA



ผลการสแกน 7 จุดพร้อมค่าเฉลี่ย

FM-SL-10

ผลการสแกน เฉลี่ย 7 จุด


บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด

2022 08 25

ID ตัวอย่าง: SDK000361
 ความถี่ของการทดสอบ: 7
 เวลาของการทดสอบ: 14:58:46
 เทคโนโลยีของการทดสอบ: SDA
 แรงดันไฟฟ้า: 45.02KV
 กระแสไฟฟ้า: 600uA
 ระยะเวลาก่อนการทดสอบ: 420S



สเปกตรัม:



ผลสรุป:

องค์ประกอบ	ปริมาณ	สี
Calcium	45.8416%	Red
Silicon	36.9627%	Orange
Scandium	15.8964%	Yellow
Mangan...	0.6921%	Green
Iron	0.2901%	Light Green
Strontium	0.1902%	Blue
Molybde...	0.0947%	Purple
Copper	0.0225%	Light Blue
Cadmium	0.0062%	Dark Green
Palladium	0.0034%	Grey



ผลการสแกน ในแต่ละจุด


บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด

2022 08 25

	1	2	3	4	5	6	7
Calcium	37.032...	61.843...	37.166...	38.742...	41.867...	40.602...	63.636...
Silicon	54.459...	0.0000%	53.581...	57.544...	48.151...	50.002...	0.0000%
Scandium	7.8178%	33.988...	8.4610%	8.4961%	9.5756%	9.0353%	33.901...
Manganese	0.4249%	2.5951%	0.4658%	0.0000%	0.1770%	0.1211%	1.0607%
Iron	0.1433%	0.7599%	0.1896%	0.0980%	0.0968%	0.1192%	0.6241%
Strontium	0.0735%	0.4552%	0.0755%	0.0787%	0.0908%	0.0802%	0.4771%
Molybde...	0.0383%	0.2394%	0.0416%	0.0397%	0.0408%	0.0385%	0.2243%
Copper	0.0109%	0.0687%	0.0129%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0654%
Cadmium	0.0000%	0.0373%	0.0058%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Palladium	0.0000%	0.0131%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0109%
Iridium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Gold	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Tin	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Arsenic	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Zinc	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Magnesium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Ruthenium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Nickel	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Silver	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Osmium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Rubidium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Chromium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Lead	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Rhodium	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

ที่อยู่: 1
 ที่อยู่: 2
 ที่อยู่: 3
 รหัสไปรษณีย์
 หมายเลข: 1
 เดือน: 1/1

สำนักงานเขตเทศบาล อำเภอเมืองสงขลา 10200
 061-169-9658
 SDK000361
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารงาน ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์
 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจาก PSDA





บริษัท เอส.ดี.สแกน จำกัด ผู้ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ทางด้าน

Certification standard for Phrasomdej amulets and provide laboratory equipment
and tools for Certification standard for Phrasomdej amulets

บัตรประจำองค์พระสมเด็จ

รหัส SDL000361

ชื่อเจ้าของ คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัสด์



พิมพ์ฐานแบบ



SDL000361

คุณกิตติศักดิ์ ปุสวัสด์

567
จำกัด